

サービス推進室では、医療安全に関する情報を収集し、看護業務で役立つポイント等を付加して提供しています。点検ツールとしてお役立てください。

No.1

漏電等による医療機器からの出火について医療安全情報が公開されています。

医薬品医療機器総合機構 PMDA は、No.59 2020年8月の医療安全情報¹⁾で漏電等による医療機器からの出火について情報を発信しました。同医療安全情報の中では、設置型医療機器等の取り扱い上の注意点として、コンセントと電源プラグの間に使用される医療機器では、コンセントと電源プラグの間に

責任が周知されている使用方法・対策を厳守するようにしましょう。

*トラッキング現象は、電源プラグの周辺に綿ぼこりや湿気などが付着することにより、プラグの刃の間に火花放電が繰り返され、樹脂部を加熱し、「トラック」と呼ばれる電気の道を作ることで、発火に至る現象です。



医薬品医療機器総合機構 PMDA 医療安全情報を確認してください。

<https://www.pmda.go.jp/files/000236185.pdf>

《参考資料や URL について》

1) 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA) 医療安全情報 N0.59「漏電等による医療機器からの出火について」2020年8月(2020年9月14日検索)

<https://www.pmda.go.jp/files/000236185.pdf>