

サービス推進室では、医療安全に関する情報を収集し、看護業務で役立つポイント等を付加して提供しています。点検ツールとしてお役立てください。

## No.1

酸素ポンベの開栓忘れについて注意喚起がされています。酸素を付け替えるときの確認方法等を再確認しましょう。

公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故情報収集等事業医療安全情報 2020年11月 No.168 に、酸素ポンベの開栓の未確認により酸素が送気されていなかった事例について注意喚起がされています。事例が2016年1月から2020年9月の間に5件報告されています。再確認しましょう。

日本医療ガス学会からは、教育研修用の「医療ガスについての基礎知識が書かれていますので、参考にしてください」  
★医療ガス研修会研修会用 PPT ファイル  
[http://www.medical-gas.gr.jp/files/200212\\_MGTrainingVer2\\_sound.pptx](http://www.medical-gas.gr.jp/files/200212_MGTrainingVer2_sound.pptx)

《参考資料が掲載されている URL》

- 1) 公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故情報収集等事業(2020年12月21日検索)  
<http://www.med-safe.jp/index.html>
- 2) 株式会社 小池メディカル ホームページ(2020年12月21日検索)  
<http://www.koike-medical.co.jp/>
- 3) 日本医療ガス学会 ホームページ(2020年12月21日検索)  
<http://www.medical-gas.gr.jp/>

以上