

サービス推進室では、医療安全に関する情報を収集し、看護業務で役立つポイント等を付加して提供しています。点検ツールとしてお役立てください。

No.1

医療事故情報収集等事業 医療安全情報 No.180 2021年11月に、メイロン静注 250mL製剤を誤って処方オーダーし、投与したことにより、患者が高ナトリウム血症や心不全をきたした事例が報告されています(表 1)。
(https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_180.pdf)¹⁾

表1 報告事例の内容(医療安全情報 No.180 より抜粋)

目的	処方すべき内容	誤った内容	投与日数	主な背景
末梢性 痛		メイロン静注 7% 1日2回	6日	オーダー画面で規格を確認 せず選択した
		7%	4日	オーダー画面に 250mL 製 剤、20mL 製剤の順
販売名				
メイロン静注	7%			
	8.4%			
炭酸水素 Na 静注	1.26%		100mL	
	7%		20mL	
	8.4%		20mL	
炭酸水素ナトリウム静注	7%		20mL	
重ソー静注	7%		20mL	
	8.4%		20mL	
重ソー注	7%		20mL	